

## 1 Общие указания

1.1 При покупке облучателя ультрафиолетового кварцевого с реле времени ОУФК-01 «Солнышко» (в дальнейшем - облучатель) требуйте проверки его работоспособности.

Проверку работоспособности проводите с соблюдением мер безопасности, указанных в настоящем руководством.

1.2 При проверке работоспособности облучателя необходимо включить вилку шнура питания облучателя в розетку реле времени (если реле времени входит в комплект поставки) или непосредственно в сеть 220В 50 Гц. Шнур питания реле времени подключить к сети питания 220В 50Гц, а рукоятку-указатель на процедурных часах реле времени повернуть по часовой стрелке до 25-30 мин. В течение 1 мин лампа облучателя должна загореться. Если лампа не загорелась, повторите включение изделия в сеть. Отключите вилку шнура питания изделия от сети.

1.3 Убедитесь в том, что в гарантитном талоне на облучатель поставлен штамп магазина или продавца.

1.4 Проверьте комплектность облучателя.

1.5 Гарантитный талон высыпается вместе с облучателем, если облучатель направляется на ремонт изготовителю, при этом все необходимые графы гарантитного талона должны быть заполнены.

Помните, что при утере гарантитного талона вы лишаетесь права на гарантитный ремонт.

1.6 Перед началом эксплуатации облучателя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.7 Облучатель должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 10 до 35°C и относительной влажности не более 80% при температуре 25°C.

## 2 Назначение

2.1 Облучатель предназначен для общих и внутриполостных локальных облучений в эффективном спектральном диапазоне 230-400 нм при лечении воспалительных, кожных и ряде других заболеваний в лечебных, лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях и на дому.

Облучатель может применяться также для кварцевания помещений.

2.2 Реле времени «Солнышко» предназначено для установки времени процедуры и автоматического отключения облучателя после окончания установленного времени. Необходимость поставки изделия с реле времени оговаривается при заказе.

## 3 Основные технические данные

3.1 Напряжение питания (220 ± 22)В частотой (50 ± 0,5)Гц.

3.2 Потребляемая мощность от сети питания не более 300 ВА.

3.3 Облученность в эффективном спектральном диапазоне:

- при общем облучении на расстоянии 0,7 м от облучаемой поверхности не более 1,0 Вт/м<sup>2</sup>;

- при локальном облучении на срезе тубуса Ø 5 мм не менее 0,8 Вт/м<sup>2</sup>;

- при локальном облучении на срезе тубуса Ø 15 мм не менее 1,0 Вт/м<sup>2</sup>.

3.4 Диапазон установки реле времени от 2 до 30 мин.

3.5 Габаритные размеры:

- облучатель не более 275x145x140 мм;

- реле времени не более 140x110x110 мм.

3.6 Масса:

- облучатель не более 1,0 кг;

- реле времени не более 0,7 кг.

3.7 Облучатель обеспечивает непрерывную работу в течение 8 часов по циклу 10 мин работы - 15 мин перерыва, а при квартцевании помещений непрерывную работу до 30 мин (в комплектации без реле времени до 60 мин) с последующим перерывом 15 мин.

3.8 По электробезопасности облучатель и реле времени относятся к классу защиты 2 тип BF ГОСТ Р 50267.0.

## 4 Комплект поставки

4.1 Комплект поставки облучателя должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1 – Комплект поставки

Наименование	Обозначение документа	Кол.	Заводской №
1 Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 «Солнышко»	ЯИТН.941542.001	1	ОД4586
2 Тубус с выходным отверстием Ø 5 мм	ЯМ8.647.002	2	
3 Тубус с выходным отверстием Ø 15 мм	ИЕСУ.942273.002	1	
4 Тубус с выходным отверстием Ø 15 мм под углом 45°	ИЕСУ.942273.001	1	
5 Очки защитные ЗН18-72-В-1	ГОСТ Р12.4.013-97	1	
6 Реле времени «Солнышко»	ИЕСУ.941543.004	—	
7 Руководство по эксплуатации	ИЕСУ.941543.001РЭ	1	

П р и м е ч а н и е – Наличие или отсутствие в поставляемом изделии реле времени оговаривается при заказе.

## 5 Конструкция

5.1 Облучатель конструктивно выполнен в сборном металлическом корпусе, в котором устанавливается ртутно-кварцевая лампа типа ДРТ-125-1, являющаяся источником ультрафиолетового излучения.

5.2 Лампа ДРТ-125-1 с лицевой стороны корпуса закрыта выдвижным экраном с отверстием для крепления в нем сменных тубусов.

5.3 Корпус с помощью двух фиксирующих ручек крепится к подставке, что обеспечивает возможность установки корпуса в нужном для проведения процедуры положении.

5.4 При проведении процедуры облучатель ни подставке устанавливается на столе.

5.5 Реле времени выполнено в сборном металлическом корпусе, в котором установлены процедурные часы РВ-1-30 и сетевая розетка для подключения облучателя.

## 6 Указание мер безопасности

6.1 При работе облучателя с включенной лампой следует принимать меры предосторожности во избежание ожогов кожи и оболочек глаз действием ультрафиолетового излучения.

Для предохранения глаз от воздействия ультрафиолетового излучения необходимо пользоваться специальными защитными очками со светофильтрами.

6.2 Запрещается использовать облучатель для загара.

6.3 Облучение пациента должно производиться только по предписанию врача с точным указанием дозировки. При лечении воспалений носоглотки и полости рта необходимо использовать тубусы. Рекомендуется первый сеанс облучения производить в течение 1-2 мин и в последующих сеансах 2-3 мин, но не более времени, вызывающего у пациента неприятные ощущения.

6.4 Перед началом общих облучений необходимо налеть защитные очки пациенту и обслуживающему персоналу. Закрыть необлучаемые части тела пациента марлей или простыней.

Расстояние до облучаемой поверхности должно быть 0,7–1 м.  
6.5 Запрещается находиться в помещении во время кварцевания с помощью облучателя. Во избежание ожога пальца категорически запрещается дотрагиваться до лампы облучателя во время его работы.

6.6 В случае разрушения лампы собрать ртуть резиновой грушей, а место, где разбилась лампа, обработать 0,1% подкисленным раствором перманганата калия (1,0 г на 1 л воды с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты).

6.7 Вышедшие из строя ртутно-кварцевые лампы и использованные по 6.6 резиновые груши необходимо хранить упакованными в специальном помещении и периодически их вывозить для уничтожения и dezактивации в специально отведенном месте.

6.8 После отключения вилки шнур питания изделия из розетки питающей сети прикосновение к четырем вилкам в течение 10 сек не допускается.

6.9 При замене лампы облучателя, проверке монтажа и устранении неисправностей необходимо облучатель и реле времени отключить от сети.

## 7 Порядок работы

### 7.1 Порядок работы при проведении локальных облучений

7.1.1 Для проведения локальных облучений в отверстие экрана облучателя установите необходимый тубус.

7.1.2 Подключите шнур питания облучателя к реле времени или непосредственно в сеть 220В 50Гц. Шнур питания реле времени подключите в сеть 220В. При наличии в комплекте реле времени рукоятку-указатель процедурами часов поверните по часовой стрелке до 25-30 мин. В течение 1 мин должно произойти загорание лампы. Если загорание лампы не проходит, повторите включение облучателя в сеть.

7.1.3 После прогрева лампы в течение 5 мин для стабилизации параметров лампы, установите на реле времени назначное врачом время процедуры, повернув рукоятку-указатель на нужное значение.

При отсутствии реле времени время процедуры контролируется по часам общего назначения.

7.1.4 По истечении времени процедуры, установленного на реле времени, либо при отключении облучателя от сети 220В, лампа гаснет.

7.1.5 Отключите облучатель и реле времени от питающей сети.

### 7.2 Порядок работы при проведении общих облучений

7.2.1 Работа облучателя при общем облучении проводится аналогично, как и при локальном облучении. При этом экран, в котором крепятся смесные тубусы, должен быть снят.

7.2.2 При применении облучателя для кварцевания помещений время кварцевания устанавливается в соответствии с объемом помещений (15–30 м<sup>3</sup> кварцаются в течение 15–30 мин). Запрещается находиться в помещении во время кварцевания с помощью облучателя.

7.2.3 После выполнения процедуры облучатель необходимо выключить. Повторное включение облучателя проводить только после охлаждения лампы в течение 15 мин.

## 8 Правила ухода за изделием

8.1 Для стабильной и надежной работы облучателя и реле времени необходимы выполнить профилактические работы.

8.2 Тубусы необходимо подвергать санитарной обработке с помощью 3% раствора перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствора хлорамина.

8.3 Все остальные поверхности облучателя и реле времени необходимо протирать сухим марлевым тампоном.

## 9 Правила хранения и транспортирования

9.1 Изделие в упаковке изготовителя должно храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5°C до 40°C и относительной влажности не более 80% при 25°C при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

9.2 Изделие в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом крытых транспортных средств или в контейнерах.

## 10 Свидетельство о приемке

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый с реле времени ОУФК-01 «Солнышко» № 024584 соответствует требованиям технических условий ТУ 9444-006-25616222-01 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 18.07.05 г.

Представитель ОТК 461

Штамп ОТК

## 11 Гарантий изготавителя

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

11.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Гарантийный талон

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт предприятия-изготовителем облучателя ультрафиолетового кварцевого с реле времени ОУФК-01 «Солнышко»

### Линия отреза

Действителен по заполнению

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет изготавитель изделия

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый с реле времени ОУФК-01 «Солнышко» № 024584

Дата выпуска 18.07.05

число, месяц, год

Представитель ОТК 461

штамп ОТК

Заполняет торговое предприятие

94 4430

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

подпись

Штамп магазина

