



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.03.939.П.002132.07.05 ОТ 11.07.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Ингалятор ультразвуковой "Муссон-2"

изготовленная в соответствии
ТУ 92 0482101.017-90 "Ингалятор ультразвуковой "Муссон-2"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель
ФГУП "Алмаз" (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ФГУП "Алмаз", г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 (Российская Федерация)



Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол лабораторных испытаний АХИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" № 5134 от 08.07.05г.

№0119422

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Органолептические показатели:
запах, привкус
Санитарно-химические показатели:
формальдегид
метанол

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 1 балла

не более 0,1 мг/дм³не более 0,2 мг/дм³

Область применения:

для получения аэрозольной водорастворимых жидкостей – лекарственных препаратов, минеральных вод и прочие с целью профилактики и лечения дыхательных путей и легких в домашних условиях

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В СООТВЕТСТВИИ С ТУ 92 0482101.017-90

Информация, наносимая на этикетку:

наименование товара, страна, изготовитель, адрес, телефон, номер ТУ, назначение, основные свойства, правила использования, требования безопасности



Заклучение действително до 10.07.2009 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Соловьев М.Ю.

Бланк № 0119422