

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ02.В15685

Срок действия с 02.07.2008г. по 02.07.2011г.

7916903

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ИМ02

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНО «ВНИИИМТ»
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3 тел. 683-97-92, факс 187-89-54

ПРОДУКЦИЯ

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии
«ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо» в составе
см. приложение на 1 листе

Серийный выпуск. ТУ 9444-020-56812193-2008

код ОК 005 (ОКП):

94 4420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92
(МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.3-92
(МЭК 601-2-3-91), ГОСТ Р 50267.0.2-2005
(МЭК 60601-1-2:2001)

код ТН ВЭД России:

9018 90 850 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Мед ТеКо»
141009, Московская обл., г.Мытищи, ул. Колонцова, д.15, 4 этаж
ИНН 5029057104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Мед ТеКо»
141009, Московская обл., г.Мытищи, ул. Колонцова, д.15, 4 этаж
тел. (495) 586-73-00 факс (495) 586-51-31

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 053/Р от 30.06.2008г. ИЦ МИ АНО
«ВНИИИМТ» № РОСС RU.0001.21ИМ04, № 28-04/08 от 28.04.2008г. ИЛ СВТ и ИТ ЭМС
НИЦЭМС «ИМПУЛЬС» № РОСС RU.0001.21МЭ01; № 379М4Z-08 от 24.04.2008г. ИЛ «ЭП ЭМС»
№ РОСС RU.0001.21МЭ48

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02970 от 30.06.2008г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится
знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92
рядом с товарным знаком



Руководитель органа

подпись

Б.И. Леонов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Кандаурова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1869751

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ИМ02.В15685

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
------------------------------------	--	---

94 4420

9018 90 850 0

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии
«ВЧ-МАГНИТ-Мед ТеКо», в составе:

- блок электронный (1 шт.);
- индукторы сменные:
 - индуктор резонансный большой – Ф220 мм (1 шт.);
 - индуктор резонансный малый – Ф120 мм (1 шт.);
 - индуктор-кабель (1 шт.);
- индуктородержатель (1 шт.);
- устройство согласующее (1 шт.);
- ручка (1 шт.);
- кабель соединительный (1 шт.);
- держатель индуктора-кабеля (5 шт.);
- индикатор наличия ВЧ-поля (1 шт.)



Руководитель органа


подпись

Б.И. Леонов

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Н.В. Кандаурова

инициалы, фамилия