

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "Медтехпром"
ООО "Медтехпром"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 15.09.2011

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

ОГРН 1117746727284

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 111123, Москва, ул. 1-я Владимирская, дом 12А., телефон: (495) 971-78-47

(адрес, телефон, факс)

В лице Генерального директора Белых Валерия Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что Установка фототерапевтическая для новорожденных ВЛ-50
с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе)

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКП 94 4490

Код ТН ВЭД 9018 20 000 0

код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

Zheng Zhou Dison Instrument and Meter Co., Ltd., КНР,
10F Huoju Building B, No 8 Guohuai st., Zhengzhou National High and Technology Development
Zone, 450001, P.R. China

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88),
ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2-2001)

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протоколов технических испытаний № 1-Н-12/674 от 18.10.2012
ИЛЦ ГОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ60, 24.06.2010 – 24.06.2015;
протокола испытаний № 317M10Z-12 от 18.10.2012 ООО "ИЛ ЭП ЭМС", рег., № РОСС RU. 0001.
21МЭ48, 06.08.2009 – 06.08.2014

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития ФС № 2006/2832 28.12.2006 - 28.12.2016

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 25.10.2012

Декларация о соответствии действительна до 25.10.2013



Белых
Валерий Александрович
(инициалы, фамилия)



Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № РОСС RU.0001.11ИМ41

(наименование и адрес органа по сертификации)

123308, г. Москва, ул. Митяевники, дом № 3, корпус 1, телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС СИ.ИМ41.Д0145 от 18.10.2012

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

Д.Ф. Зубарев


(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

1

Принадлежности к установке фототерапевтической для новорожденных BL-50:

1. Штатив сборный.
2. Основание.
3. Колеса.
4. Блок ламп.
5. Лампы фототерапии.
6. Поворотный кронштейн.
7. Шнур сетевой.
8. Предохранители.



(подпись)

Белых
Валерий Александрович
(инициалы, фамилия)



Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № РОСС RU.0001.11ИМ41

(наименование и адрес органа по сертификации)

123 308, г. Москва, ул. Мневники, дом № 3; корпус 1, телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию

РОСС CN.ИМ41.Д01145 от 18.10.2012

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

Д.Ф. Зубарев

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)