



1987/21431

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.37.944.Д.006083.05.07

от 28.05.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция
Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофорезаавтоматизированный "ЭЛФОР-
ПРОФ"

изготовленная в соответствии
с документацией фирмы-изготовителя, регистрационным удостоверением МЗ РФ №
29/06060701/2742-01 от 30.10.2001, ТУ 9444-014-11153066-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" СанПиН 2.2.4.1191-
03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"

Организация-изготовитель

ООО НПФ "НЕВОТОН" 199048, г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, д.66, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО НПФ "НЕВОТОН" 199048, г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, д.66, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний и экспертное заключение от 04 апреля 2007 г. № 130 Испытательного
лабораторного центра НИИ Физико-химической медицины Минздрава России (Аттестат
аккредитации №РОСС RU.0001.511700, №ГСЭН.RU.ЦОА.238)

№033783

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Уровень звукового давления скорректированного по характеристике А
Уровень эквив. скорректир. значения локальной вибрации
Поверхностный электростатический потенциал
Напряженность электрического поля на частоте 50 Гц
Напряженность магнитного поля на частоте 50 Гц
Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-50 МГц
Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц-50 МГц
Фенол
Формальдегид

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

50 дБА
125 дБ (по виброускорению)
500В
5 кВ/м
80 А/м
80 В/м
3 А/м
0.05 мг/л
0.1 мг/л

Область применения:

Изделие медицинской техники

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке, действующими СанПиН и ГН, наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора

Информация, наносимая на этикетку:

наименование страны-производителя, предприятия-изготовителя, условия использования

482193387
Заключение действительно до 27.05.2012 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



В.П. Гульченко
М. П.