

КОПИЯ
ВЕРНА



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME77.B07191

Срок действия с 17.01.2011

по 17.01.2014

№ 0449456

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ME77

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро – машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ») **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

141400 Химки Московской области, ул. Ленинградская, 29. Тел.(495)7812587, факс(495)7812588. E-mail: oc@anoremc.ru

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ

ПРОДУКЦИЯ

Аппарат искусственной вентиляции легких во время наркоза или реанимации РО-7

ТУ 9444-045-07618878-2007

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

944460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007, ГОСТ Р 50267.12-2006, ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001, ГОСТ Р ИСО 5358-99, ГОСТ Р 51528-99, ГОСТ Р ИСО 8185-99, ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007, ГОСТ Р ИСО 10651.1-99, ГОСТ Р 50327.2-92 (р.р. 4, 5), ГОСТ Р 50267.0.2-2005

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Красногвардеец»

197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Красногвардеец»

197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3

тел (812)234-28-22 факс (812)234-33-00 ИНН 7813047223

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний:

№ 21104-10-СИЦ от 26.10.2010г. ИЛ НП «СИЦ» (№ РОСС RU.0001.21ME95);

регистрационного удостоверения Росздравнадзора № ФСР 2007/00847 от 04.10.2007

ГЕН. ДИРЕКТОР

КАРЛОВА Н.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3

Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на изделие и на товарно-сопроводительные документы



Руководитель органа

Эксперт

Ю.Н. Никитин

инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

инициалы, фамилия